

ZeptoMetrix®

USA FDA Registreringsnummer 3000202849



NATtrol™ CT/NG-negativ kontrollförpackning Artikelnummer : MDZ004

AVSEDD ANVÄNDNING:

NATtrol™ CT/NG (*Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae*)-negativa kontroller (MDZ004) består av *in vitro*-diagnostiska externa körningskontroller som är avsedda för användning med kvalitativa molekylära analyser. Den rutinmässiga och repetitiva användningen av externa körningskontroller gör att laboratorier kan övervaka dagliga testvariationer, prestanda mellan olika partier av testkit, variation mellan individuella användare, samt kan erbjuda hjälp med att identifiera ökning av slumpmässiga eller systematiska fel.

NATtrol™ CT/NG -negativa kontroller innehåller intakta celler och bör köras på ett sätt som är identiskt med det som används för kliniska prover.

PRODUKTSAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING:

Varje NATtrol™ CT/NG-negativ kontrollförpackning innehåller 6 flaskor x 1,25 ml med A-549-celler formulerad i en renad proteinmatris som är helt utbytbar med sanna kliniska prover.

Pat.: <http://www.zeptometrix.com/patent-information/>

PRINCIP:

NATtrol™ CT/NG-negativa kontroller innehåller A-549-celler som formulerade i en egenutvecklad renad proteinmatris som imiterar sammansättningen av ett sant kliniskt prov. Dessa är fullständiga processkontroller som utformats för att övervaka effektiviteten av extraktion, amplifiering och detektion i nukleinsyratestningsprocedurer. Dessa kontroller är lämpliga för användning i interna, molekylära analyser och kommersiellt tillgängliga plattformar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Hantering och bortskaffande av NATtrol™ CT/NG negativa kontroller bör utföras som om materialet är potentiellt infektiöst. Denna kontroll innehåller material av humant och animaliskt ursprung, och användaren bör följa allmänna försiktighetsåtgärder vid hantering och kassering av denna produkt. Avfallshantering måste följa lokala bestämmelser, om dessa är strängare än förordningar som tillämpas av CDC eller FDA.

Pipettera inte med munnen.

Använd separata överföringspipetter eller spetsar för alla material, för att undvika korskontamination.

Använd inte efter det utgångsdatum som anges på etiketten.

Om produkten mottas skadad eller läckande, ska du kontakta ZeptoMetrix LLC för instruktioner.

EJ FÖR ANVÄNDNING PÅ MÄNNISKOR:

Dessa produkter är INTE avsedda för användning vid tillverkning eller bearbetning av injicerbara produkter som omfattas av licensieringen enligt USA Food and Drug Administration, avsnitt 351 i Public Health

Service Act, eller för någon annan produkt som är avsedd för administrering till människa.

REKOMMENDERAD FÖRVARING:

NATtrol™ CT/NG-negativa kontroller ska förvaras vid 2–8 °C.

När kontrollerna lagras enligt anvisningarna, lämpar de sig för användning i upp till 56 dagar (8 veckor) när de väl öppnats.

BRUKSANVISNING:

Vortexa NATtrol™ CT/NG-negativ kontrollflaskor i 10 sekunder för att blanda dem.

Följ tillverkarens bruksanvisning som ett kliniskt prov.

BEGRÄNSNINGAR:

NATtrol™ CT/NG-negativa kontroller är USA FDA klass 1 undantagna, oprövade *in vitro*-diagnostiska externa körningskontroller och är avsedda endast för professionellt bruk. NATtrol™ CT/NG-negativa kontroller är inte avsedda att användas som ett substitut för de interna kontroller som tillhandahålls av tillverkare av *in vitro*-diagnostiska kit. Kvalitetskontrollmaterial bör användas i enlighet med lokala och statliga standarder som måste följas för godkännande.

FÖRVÄNTADE RESULTAT:

Ett parti av NATtrol™ CT/NG-negativ kontroll testades i två enskilda laboratorier i tre olika analyser. Kvalitativa resultat visas i Tabell 1.

Varje laboratorium måste utvärdera kontrollerna och fastställa sina egna acceptanskriterier.

Data som visas nedan är endast i informationssyfte.

Tabell 1:

Analys	Plats	Resultat n=2			
		CT		NG	
		Urin	Svabb	Urin	Svabb
Cepheid Xpert® CT/NG	1	Negativt	Negativt	Negativt	Negativt
	2	E/T*	E/T*	E/T*	E/T*
BD Probetec™ ET CT/NG	1	E/T*	E/T*	E/T*	E/T*
	2	Negativt	Negativt	Negativt	Negativt
Hologic APTIMA Combo 2® CT/NG	1	E/T*	E/T*	E/T*	E/T*
	2	Negativt	Negativt	Negativt	Negativt

*Ej testat

ZeptoMetrix®

USA FDA Registreringsnummer 3000202849



NATtrol™ CT/NG-negativ kontrollförpackning
Artikelnummer : MDZ004

ETIOLOGISK STATUS/TESTNING AV BIORISK:

Den renade proteinmatrisen, som används vid tillverkning av denna produkt, är behandlad med 0,09 % natriumazid. Den tillverkades från material som har testats och befunnits icke-reaktiva vid givarnivån för HIV-1/HIV-2-antikropp, HBsAg- och HCV-antikroppar med testmetoder för givarscreening som licensierats av FDA. Alla material har också testats för HIV-1 och HCV av FDA-godkända nukleinsyratest- (NAT) metoder. Värmeinaktiverade, bovinbaserade ursprungsmaterial, som används vid tillverkning av denna produkt, uppfyller tillämpliga USDA-krav för slakteriinköpta djur, spårbarhet och ursprungsland. Materialen samlades in vid USDA-licensierade anläggningar eller importerades legalt från länder som erkänts av USDA som försumbara eller kontrollerade för risken för Bovin spongiform encefalopati (BSE) och andra exotiska smittämnen. Givardjuren inspekterades ante och post mortem på slakthuset enligt vad som krävs av USDA.

PRODUKTGARANTI:

ZeptoMetrix LLCs begränsade produktgaranti och övriga villkor och bestämmelser, relaterade till inköp och användning av ZeptoMetrix produkter, anges i ZeptoMetrix regler och villkor för försäljning på ZeptoMetrix webbplats under [Sales Terms and Conditions](#) (Villkor för försäljning). Om du har några frågor, ska du kontakta ZeptoMetrix kundtjänst på zepto.customerservice@antylia.com.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL OCH ANSVARSBEGRÄNSNING:

ZeptoMetrix LLC fransäger sig alla uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på detta dokument och informationen häri, inklusive, men ej begränsat till, garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. I den utsträckning som tillåts enligt lag, ska ZeptoMetrix LLC under inga omständigheter ansvara, vare sig i kontrakt, skadestånd, garanti, eller följdskador eller utebliven vinst i samband med eller till följd av detta dokument och informationen häri, inklusive, men inte begränsat till, användning därav även om ZeptoMetrix informeras om möjligheten av sådana skador.

FÖRKLARING AV MÄRKNINGSSYMBOLER:

	Tillverkare		Temperaturbegränsning
	<i>In vitro</i> -diagnostisk användning		Använd före-datum
	Europeisk märkning för överensstämmelse		Biologisk risk
	Katalognummer		Auktoriserad representant
	Batchkod		Se bruksanvisningen

Tillverkare:
ZeptoMetrix LLC
25 Kenwood Circle
Franklin, MA 02038, USA

EC – representant:



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Haag
Nederländerna

©2021 ZeptoMetrix LLC. Med ensamrätt. De varumärken som nämns häri tillhör ZeptoMetrix LLC (ZM) eller deras respektive innehavare.